

内蒙小牛血清, 灭活, 照射 Calf Bovine Serum

货号	生产日期	规格	保存	价格
ML30013.01BHR-100ml	见包装	100 mL	-20 ° C	259.20

检测指标	检测标准
Items	Specification
外观	浅黄色
Appearance	Light yellow
pH	6.7-8.0
内毒素 (鲎试剂法)	≤10EU/mL
indotoxin (LAL)	
血红蛋白 (分光光度法)	≤400mg/L
Hemoglobin (Spectrophotometric)	
细菌&真菌 (平皿培养法)	阴性
Sterility testing (Proliferation method)	Negative
病毒检测 (直接病变法)	阴性
Virus Detection (Cell Culture testing&Fluorescent antibody)	Negative
支原体 (直接培养法)	阴性
Mycoplasma (Proliferation method)	Negative
细胞培养测试	符合要求
Cell culture testing	Meet the requirement



**用途**

- 完全培养基添加
- 常规类型细胞培养适用
- 诊断试剂的稳定
- 材料表面封闭
- 胰蛋白酶灭活

**质量**

血源来自南美, 所有有血清均在万级净化车间通过连续的 2 级 0.22 μm 孔径、3 级 0.1 μm 孔径过滤器过滤, 混合和分装过程在万级操作间内完成, 最大程度确保产品质量和安全性。