

新西兰小牛血清 Calf Bovine Serum

货号	生产日期	规格	保存	价格
ML30011.01B-100ml	见包装	100 mL	-20 ° C	324.00

检测指标	检测标准
Items	Specification
外观	浅黄色
Appearance	Light yellow
pH	6.7-8.0
内毒素（鲎试剂法）	≤10EU/mL
indotoxin (LAL)	
血红蛋白（分光光度法）	≤400mg/L
Hemoglobin (Spectrophotometric)	
细菌&真菌（平皿培养法）	阴性
Sterility testing (Proliferation method)	Negative
病毒检测（直接病变法）	阴性
Virus Detection (Cell Culture testing&Fluorescent antibody)	Negative
支原体（直接培养法）	阴性
Mycoplasma (Proliferation method)	Negative
细胞培养测试	符合要求
Cell culture testing	Meet the requirement



用途

- 完全培养基添加
- 常规类型细胞培养适用
- 诊断试剂的稳定
- 材料表面封闭
- 胰蛋白酶灭活

质量

血源来自南美，所有有血清均在万级净化车间通过连续的2级0.22 μm孔径、3级0.1 μm孔径过滤器过滤，混合和分装过程在万级操作间内完成，最大程度确保产品质量和安全性。