

新西兰小牛血清 Calf Bovine Serum

货号	生产日期	规格	保存	价格
ML30011.02B-500ml	见包装	500 mL	-20 ° C	1350.00

检测指标	检测标准
Items	Specification
外观	浅黄色
Appearance	Light yellow
pH	6.7-8.0
内毒素(鲎试剂法) indotoxin(LAL)	≤10EU/mL
血红蛋白(分光光度法) Hemoglobin (Spectrophotometric)	≤400mg/L
细菌&真菌(平皿培养法)	阴性
Sterility testing (Proliferation method)	Negative
病毒检测(直接病变法) Virus Detection (Cell Culture testing&Fluorescent antibody)	阴性
支原体(直接培养法) Mycoplasma (Proliferation method)	Negative
细胞培养测试 Cell culture testing	符合要求 Meet the requirement



用途

- 完全培养基添加
- 常规类型细胞培养适用
- 诊断试剂的稳定
- 材料表面封闭
- 胰蛋白酶灭活

质量

血源来自南美，所有有血清均在万级净化车间通过连续的2级0.22 μm孔径、3级0.1 μm孔径过滤器过滤，混合和分装过程在万级操作间内完成，最大程度确保产品质量和安全性。