

半胱氨酸（cysteine, Cys）含量测定试剂盒 说明书

分光光度法 50管/48样

注意：正式测定之前选择 2-3 个预期差异大的样本做预测定。

测定意义：

蛋白质含有三种含硫氨基酸 甲硫氨酸、胱氨酸和 Cys。其中，Cys 是唯一一种含有巯基的含硫氨基酸，从甲硫氨酸转化而来，并且可与胱氨酸互相转化。Cys 参与蛋白质二硫键的形成，经常是蛋白质活性中心的组成部分，还可以为其它生理生化反应提供巯基。此外，Cys 大量积聚在皮肤和粘膜表面，在角蛋白生成中维持重要的巯基酶的活性，并且补充巯基，以维持皮肤的正常代谢，调节表皮最下层的色素细胞生成的底层黑色素。具有美白、解毒、改善炎症和过敏性皮肤等作用。

测定原理：

Cys 还原磷钨酸生成钨蓝，在 600nm 处有吸收峰；通过 600nm 吸光度，计算 Cys 含量。

自备仪器和用品：

可见分光光度计、低温离心机、可调式移液枪、1mL 玻璃比色皿、85%磷酸和蒸馏水。

试剂组成和配制：

试剂一：液体×1 瓶，4℃保存。

试剂二：液体×1 瓶，4℃保存。

试剂三：粉剂×1 瓶，4℃保存。用前 1 天，向试剂三中加入 5 mL 蒸馏水充分溶解，再加 85%磷酸 1.25mL，混匀后盖紧（防止水分散失）沸水浴 2h；冷却后加 20 mL 蒸馏水，4℃可保存 2 周。

标准品：粉剂×1 瓶，临用前加 10 mL 蒸馏水，充分溶解。1μmol/mL 标准液，4℃避光保存。用不完的试剂 4℃可保存 3 天。

半胱氨酸提取：

- 1、液体样品中半胱氨酸提取：取 0.1mL 液体样品，加试剂一 0.9mL，充分混匀，8000g 4℃离心 10min，取上清液，待测。
- 2、组织中半胱氨酸提取：按照组织质量（g）：试剂一体积（mL）为 1：5~10 的比例（建议称取约 0.1g 组织，加入 1mL 试剂一）进行冰浴匀浆，8000g 4℃离心 10 min，取上清液待测。
- 3、细菌或培养细胞：先收集细菌或细胞到离心管内，离心后弃上清；按照细菌或细胞数量（10⁴ 个）：试剂一体积（mL）为 500~1000：1 的比例（建议 500 万细菌或细胞加入 1mL 试剂一），超声波破碎细菌或细胞（冰浴，功率 20%或 200W，超声 3s，间隔 10s，重复 30 次）；8000g 4℃离心 10min，取上清，置冰上待测。

测定操作：

1. 分光光度计预热 30 min，调节波长到 600 nm，蒸馏水调零。
2. 空白管：取 1mL 玻璃比色皿，加入 100 μL 蒸馏水，500μL 试剂二，500μL 试剂三，混匀后室温静置 15 min，于 600nm 处测定吸光值，记为 A 空白管。

3. **标准管**：取 1mL 玻璃比色皿，加入 **100 μL 标准液**，500μL 试剂二，500μL 试剂三，混匀后室温静置 15 min，于 600nm 处测定吸光值，记为 A 标准管。

4. **测定管**：取 1mL 玻璃比色皿，加入 **100 μL 上清液**，500μL 试剂二，500μL 试剂三，混匀后室温静置 15 min，于 600nm 处测定吸光值，记为 A 测定管。

注意：空白管和标准管只需要做一次。

计算公式：

1. 按液体样品的体积计算：

半胱氨酸含量 (μmol/mL) = [C 标准品 × V 标准品 × (A 测定管 - A 空白管) ÷ (A 标准管 - A 空白管)] × (V 样总 ÷ V 样) = 1 × (A 测定管 - A 空白管) ÷ (A 标准管 - A 空白管)

2. 按样本质量计算：

半胱氨酸含量 (μmol/g 鲜重) = [C 标准品 × V 标准品 × (A 测定管 - A 空白管) ÷ (A 标准管 - A 空白管)] × (V 样总 ÷ V 样) ÷ W = 1 × (A 测定管 - A 空白管) ÷ (A 标准管 - A 空白管) ÷ W

3. 按照蛋白浓度计算：

半胱氨酸含量 (μmol /mg prot) = [C 标准品 × V 标准品 × (A 测定管 - A 空白管) ÷ (A 标准管 - A 空白管)] ÷ (V 样 × Cpr) = 1 × (A 测定管 - A 空白管) ÷ (A 标准管 - A 空白管) ÷ Cpr

4. 按细胞数量计算：

氨基酸含量 (μmol /10⁴ cell) = [C 标准品 × V 标准品 × (A 测定管 - A 空白管) ÷ (A 标准管 - A 空白管)] × (V 样总 ÷ V 样 × 细胞数量) = 1 × (A 测定管 - A 空白管) ÷ (A 标准管 - A 空白管) ÷ 细胞数量

C 标准品：标准品浓度，1μmol/mL；V 标准品：反应体系中加入标准品体积，0.1 mL；V 样：反应体系中加入样品提取液体积，0.1 mL；V 样总：加入提取液体积，1mL。W：样品质量，g；Cpr：样本蛋白浓度，mg/mL。

注意事项：

最低检出限为 100 μ mol/L。