

尿酮体定性检测试剂盒(酮粉剂法)说明书

本产品仅供体外研究使用，不得用于临床诊断

产品简介：

含酮体的尿液中加亚硝基铁氰化钠，在碱性溶液作用下生成紫色环。尿酮体定性检测试剂盒(酮粉剂法)由酮粉剂(又称酮体粉试剂)组成，主要用于定性检测人、动物尿液中酮体含量。该试剂盒仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成：

名称	规格	保存条件	说明书	有效期
尿酮体定性检测试剂盒(酮粉剂法)	100g	RT 避光	1份	1年

操作步骤(仅供参考)：

- 1、取凹玻片，向凹孔内加入一小勺酮体粉试剂。
- 2、滴加新鲜尿液于酮体粉试剂上，完全浸湿，静置后观察。

结果判断：

定性	反应情况
阴性	5min 内无紫色或仅出现淡黄色或棕黄色。
可疑	只出现淡紫色环
+	逐渐出现淡紫色环
2+	较快出现淡紫色环
3~4+	立即出现淡紫色环

注意事项：

- 1、尿液酮体浓度高时，紫色明显。
- 2、应注意密闭保存，否则显色不佳。
- 3、当含有大量非晶形尿酸盐时，则产生黄色至褐色环。
- 4、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

相关产品:

铜检测试剂盒 (Cuprizone 微板法)
铜检测试剂盒 (Cuprizone 比色法)
铁检测试剂盒 (亚铁嗪微板法)
铁检测试剂盒 (亚铁嗪比色法)
酸性三氯化铁试剂
酸溶血定性检测试剂盒
全血丙酮酸检测试剂盒 (乳酸脱氢酶微板法)
全血丙酮酸检测试剂盒 (乳酸脱氢酶比色法)
葡萄糖检测试剂盒 (邻甲苯胺微板法)
葡萄糖检测试剂盒 (邻甲苯胺比色法)