

无机磷检测试剂盒(硫酸亚铁钼蓝比色法)说明书

本产品仅供体外研究使用，不得用于临床诊断

产品简介：

血清中的无机磷(Inorganicphosphorous)主要由 $H_2PO_4^-$ 和 HPO_4^{2-} 两种磷酸根阴离子组成，上述阴离子在不同的 pH 环境下能快速相互转换。在 pH7.4 血清中两种磷酸根阴离子浓度比例为 1:4；在酸中毒环境下二者浓度约为 1:1；在碱中毒环境下二者浓度比例为 1:9；在 pH4.5 尿液中浓度比例为 100:1。WHO 推荐的常规检测方法为比色法，我国卫生部临检中心推荐的常规方法为硫酸亚铁钼蓝比色法和米吐尔钼蓝比色法。

无机磷检测试剂盒(硫酸亚铁钼蓝比色法)是先经硫酸亚铁提纯蛋白，利用无机磷与钼酸铵结合生成磷钼酸铵，后者被硫酸亚铁还原成蓝紫色的复合物，通过分光光度计检测 640nm 处吸光度，根据公式计算出无机磷含量。本试剂盒仅用于科研领域，不宜用于临床诊断或其他用途。

产品组成：

名称	规格		保存条件
无机磷检测试剂盒(硫酸亚铁钼蓝比色法)	50T	100T	4℃
试剂(A):磷标准(1mg/ml)	1ml	2ml	4℃
试剂(B):标准品稀释液	25ml	50ml	4℃避光
试剂(C):PiAssayBuffer	250ml	500ml	4℃避光
试剂(D):硫酸亚铁钼蓝显色液	15ml	300ml	4℃避光
使用说明书	1 份		
有效期	1 年		

自备材料：

- 1、离心管或试管
- 2、离心机
- 3、比色杯
- 4、分光光度计

操作步骤(仅供参考)：

1、(选做)制备样品：

- ①血浆、血清样品：取 0.1ml 待测血浆、血清样品，加入 2.4ml PiAssayBuffer，充分混匀，室

温静置 10min, 3000g 离心 10min, 取上清, -20℃冻存, 用于 Pi 的检测。

②尿液样品: 取适量的待测尿液, 用 50%的盐酸调 pH 至 6.0, 用蒸馏水做 1:10~20 稀释。取 0.1ml 稀释后的尿液样品, 加入 2.4ml PiAssayBuffer, 充分混匀, 室温静置 10min, 3000g 离心 10min, 取上清, -20℃冻存, 用于 Pi 的检测。

③细胞或组织样品: 取恰当细胞或组织进行匀浆, 低速离心取上清, 取 0.1ml 匀浆样品, 加入 2.4ml PiAssayBuffer, 充分混匀, 室温静置 10min, 3000g 离心 10min, 取上清, -20℃冻存, 用于 Pi 的检测。

④高浓度样品: 如果样品中含有较高浓度的 Pi, 可以使用去离子水稀释。

⑤(选做)样品准备完毕后可以 BCA 蛋白浓度测定试剂盒测定蛋白浓度, 以便于后续计算单位蛋白重量组织或细胞内的 Pi 含量。

2、制备磷标准工作液: 取适量的磷标准(1mg/ml), 按磷标准(1mg/ml): 标准品稀释液=1:24 的比例稀释, 即获得磷标准 (1.292mmol/L); 取 0.1ml 磷标准 (1.292mmol/L), 加入 2.4ml PiAssayBuffer, 充分混匀, 室温静置 10min, 3000g 离心 10min, 取上清, 即为磷酸标准工作液, -20℃冻存, 用于 Pi 的检测。

3、Pi 加样: 按照下表设置空白管、标准管、测定管, 溶液应按照顺序依次加入, 并注意避免产生气泡, 按下表操作。如果样品中的 Pi 含量过高, 可以减少样品用量或适当稀释后再进行测定, 样品的检测最好能设置 2 平行管, 求平均值。

加入物(ml)	空白管	标准管	测定管
PiAssayBuffer	2	—	—
磷标准工作液	—	2	—
处理后的待测上清液	—	—	2
硫酸亚铁钼蓝显色液	0.25	0.25	0.25

4、Pi 测定: 混匀, 室温静置 15min, 以空白管调零, 比色杯光径 1cm, 分光光度计 640nm 处检测标准管、测定管的吸光度(即为 A 标准, A 测定)。

计算:

血清、血浆中无机磷计算公式: $\text{磷}(\text{mmol/L}) = (\text{A 测定} / \text{A 标准}) \times 1.292$ 尿液中无机磷计算公式: $\text{磷}(\text{mmol/d}) = (\text{A 测定} / \text{A 标准}) \times 1.292 \times \text{N} \times 24\text{h 尿量}(\text{L})$ 组织中磷计算公式: $\text{磷}(\text{mmol/mg}) = (\text{A 测定} / \text{A 标准}) \times 1.292 / \text{待测样品蛋白浓度}(\text{mg/L})$ 式中: A 测定=待测管的吸光度 A 标准=标准管的吸光度 N=尿液稀释倍数单位换算: $\text{mg/dl} = \text{mmol/L} / 0.323$

参考区间: 健康成年人血清磷浓度: 0.96~1.62mmol/L(3~5mg/dl)

儿童血清磷浓度：1.45~2.1mmol/L(4.5~6.5mg/dl)

注意事项：

- 1、溶血样本对检测有干扰，尽量避免采用溶血样本。
- 2、本法能够用于自动生化分析仪终点检测法。
- 3、如果样品浓度过高，应用蒸馏水稀释后重测，结果乘以稀释倍数。

相关产品：

游离原卟啉(FEP)检测试剂盒(荧光比色法)
游离血红蛋白(FHb)检测试剂盒(邻联甲苯胺比色法)
游离胆固醇(FC)检测试剂盒(COD-PAP 双试剂比色法)
游离胆固醇(FC)检测试剂盒(COD-PAP 单试剂比色法)
优球蛋白溶解时间(ELT)
茚三酮乙醇溶液(0.5%)
茚三酮乙醇溶液(0.1%)
一氧化碳血红蛋白检测试剂盒(比色法)
一氧化碳血红蛋白定性检测试剂盒
硝态氮检测试剂盒(磺胺微板法)