

猪繁殖与呼吸综合症病毒探针 qRT-PCR 试剂盒

Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome Virus Probe qRT-PCR Kit

目录号: ml104799

使用说明书

产品及特点

猪繁殖与呼吸综合症病毒 (Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome Virus, PRRSV) 是由病毒 PRRSV 引起猪的一种高度接触性传染病。其主要特征为母猪发热,厌食,妊娠晚期流产,死产,产木乃伊胎,仔猪有呼吸道症状和高的死亡率。此病于 1987 年首先在美国发现,当时由于病原不清而称之为“猪神秘病”,“不孕呼吸综合症”(SIRS)。1990~1991 年冬此病在欧洲发生,并迅速传播,曾取了许多病名:“蓝耳病”、“猪流行性后期流产”、“猪流行性流产和呼吸道综合症”。PRRS 自发现以来,给世界养猪业造成了很大的损失,引起了各国的注意。本产品就是以探针法 qRT-PCR 技术为基础开发的专门检测猪繁殖与呼吸综合症病毒 RNA 的试剂盒,

它有下列特点:

1. 即开即用,用户只需要提供样品 RNA 模板。

2. 引物和探针经过优化，分析灵敏性高，可以达到 100 拷贝/反应。
3. 提供阳性对照，便于区分假阴性样品。
4. 特异性高，引物是根据猪繁殖与呼吸综合症病毒 RNA 高度保守区设计，不会跟其他生物的 RNA 发生交叉反应。
5. 既可用于定性检测，又可用于定量检测。用于定量检测时线性范围至少为 5 各数量级。
6. 本产品足够 50 次 20μL 体系的探针法 qRT-PCR 反应。
7. 本产品只能用于科研。

规格及成分

成分	规格	包装
探针法 qRT-PCR 缓冲液	500μL	0.5mL 蓝盖管
探针法 qRT-PCR 酶混合液 v2	50μL	0.5mL 红盖管
荧光 PCR 专用模板稀释液	1mL	1.5mL 绿盖管
猪繁殖与呼吸综合症病毒 qRT-PCR 引物-探针干粉	50 次	1.5mL 棕色管
猪繁殖与呼吸综合症病毒 qRT-PCR 阳性对照 (1×10E7 拷贝/μL)	50μL	0.5mL 黄盖管
使用手册	1 份	1 份
本产品采用五孔盒包装		
注意： 引物-探针干粉在使用前需要短暂离心，然后在离心管中加入 162μL 的超纯水充分混匀后再使用，未用完的需要-20℃保存。		

使用方法

- 一、稀释标准曲线样品**（以 10E1-10E6 拷贝/μL 这 6 个 10 倍稀释度为例）。由于标准品浓度非常高，因此下列稀释操作一定要在独立的区域进行，千万不能污染样品或本试剂盒的其他成分）。为增加产品稳定性和避免扩散传染性病原，本产品不提供活体样品做阳性对照，只提供无传染性的 DNA 片段作为阳性对照。如果需要 RNA 阳性样品，需要另外订购。
1. 标记 6 个离心管，分别为 6，5，4，3，2，1。

2. 用带芯枪头分别加入 45 μL 荧光 PCR 专用模板稀释液, 用带芯枪头, 下同。
3. 在 6 号管中加入 5 μL 1×10^7 拷贝/ μL 的阳性对照(试剂盒提供), 充分震荡 1 分钟, 得 1×10^6 拷贝/ μL 的标准曲线样品。放冰上待用。
4. 换枪头, 在 5 号管中加入 5 μL 1×10^6 拷贝/ μL 的阳性对照(上步稀释所得), 充分震荡 1 分钟, 得 1×10^5 拷贝/ μL 的标准曲线样品。放冰上待用。
5. 换枪头, 在 4 号管中加入 5 μL 1×10^5 拷贝/ μL 的阳性对照(上步稀释所得), 充分震荡 1 分钟, 得 1×10^4 拷贝/ μL 的标准曲线样品。放冰上待用。
6. 重复上面的操作直到得到 6 个稀释度的标准曲线样品。放冰上待用。

二、样品 RNA 的制备

7. 如果有 N 个样品, 设置 N+2 个提取, 多出的一个是 PC (样品制备阳性对照), 一个是 NC (样品制备阴性对照)。可以用 10 μL 上步所得 4 号稀释液再加上一定量的水使总体积跟每次样本制备所要求的起始样本体积一样, 以此作为 PC。另外用水作为 NC。
8. 用自选方法纯化样品的 RNA, 本试剂盒跟市场上大多数 RNA 提取试剂盒兼容, 也可以选购本公司的免提取核酸释放剂。

三、Probe qRT-PCR 反应 (20 μL 体系, 在样品制备室进行)

9. 如果做定量分析并且只做 1 次重复, 则标记 N+9 个 RT-PCR 管, 其中 N+2 个用于上步得到的 N+2 个样品, 1 个用于 RT-PCR 阴性对照 (用水做模板), 6 个用于标准曲线。如果做定性分析并且只做 1 次重复, 则标记 N+4 个 RT-PCR 管, 其中 N+2 个用于上步得到的 N+2 个样品, 1 个用于 RT-PCR 阴性对照 (用水做模板), 1 个用于 RT-PCR 阳性对照 (直接用第 6 步第 4 号管的阳性对照稀释液做模板)。下面只以定量分析为例描述操作步骤。
10. 在标记管中按下表加入各成分 (本表只列出一次重复。样品管和阴性对照设置完毕后才设置阳性对照, 并且阳性对照样品要等所有管子盖上盖子储存好后加) :

	成分	样品管 N+2 个	RT-PCR 阴性对照	标准曲线样品管 (1-6 管)
	探针法 qRT-PCR 缓冲液	各 10μ	10μL	各 10μL
	探针法 qRT-PCR 酶混合液 v2	各 1μL	1μL	各 1μL
	猪繁殖与呼吸综合症病毒 qRT-PCR 引物-探针混合液	各 3μL	3μL	各 3μL
	N+2 个待测 RNA 样本	各 6μL	不加	不加
	超纯水	不加	6μL	不加
	第 6 步所得标准曲线样品稀释液 (1-6 号)	不加	不加	各 6μL
11. 盖上盖子后上机，按下面参数进行 RT-PCR：				
过程	温度	时间		
逆转录	50℃	10min		
预变性	95℃	5min		
PCR 反应 (45 个循环)	95℃	15sec		
	60℃	60sec（采集 FAM 通道的荧光信号，淬灭基团为 NFQ）		
四、数据处理				
12. 如果把本试剂盒用于定量检测，则以阳性对照浓度的 log 值为横轴，以 Ct 值为纵轴，绘制标准曲线。再以待测样品的 Ct 值从标准曲线上推算出样品 RNA 浓度的 log 值，再推算出其浓度。				
13. 如果把本试剂盒用于定性检测，只判断阳性或阴性，则阴性对照 Ct 必须没有读数，或者大于或等于 43。阳性对照必须有荧光对数增长，有典型扩增曲线，Ct 值应该小于 43。对待测样品，如果其 Ct 没有读数、大于或等于 43 则均为阴性，如果小于 43 则为阳性。				
自备试剂	样品 RNA。			
运输及保存	低温运输，-20℃保存，有效期 1 年。			

