

一氧化氮合成酶(INOS)活性分型试剂盒

规格：100 管/48 样

检测原理：微量法

编号： ml301001

检测波长： 550nm

注意：

正式测定前务必取 3 - 5 个预期差异较大的样本做预测定

测定意义：

一氧化氮合成酶 (NitricOxideSynthase, NOS, EC 1.14.13.39) 是生物体内催化 L-精氨酸合成 NO 的一类酶, 主要存在于血管平滑肌、巨噬细胞、内皮细胞、神经细胞、肝细胞、肾小球膜细胞等各种细胞中。NO 作为细胞信息分子, 在神经系统、免疫系统和心血管系统中起着重要的调节作用。

根据其酶活性对钙离子的依赖性不同, 分为结构型 NOS (constitutiveNOS, cNOS) 和损伤诱导型 NOS (inducible NOS, iNOS), 前者需要一定浓度的钙离子方可激活, 后者不依赖于外源钙离子。

测定原理:

NOS 催化 L-精氨酸、分子氧和 NADPH, 生成 NO 和 NADP+, NO 在水溶液中极易氧化生成 NO²⁻和 NO³⁻。在酸性条件下, NO²⁻与重氮盐磺酸胺生成重氮化合物, 进一步与萘基乙烯基二胺偶合, 产物在 550nm 处有特征吸收峰, 测定其吸光值, 可以计算得到 NOS 活性大小。

需自备的仪器和用品:

可见分光光度计/酶标仪、水浴锅、可调式移液器、微量石英比色皿/96孔板、研钵、蒸馏水。

试剂的组成和配制：

试剂名称	规格	保存条件	备注
提取液一	液体 100mL×1	-20℃, 保存	
提取液二	液体 1mL×3	-20℃, 密封保存	
缓冲液	液体 20mL×1	2-8℃, 保存	
试剂一	粉剂×1	2-8℃, 避光保存	临用前加入 15mL 缓冲液溶解
试剂二	液体 1.5mL×1	-20℃, 避光保存	
试剂三	粉剂×1	-20℃, 避光保存	临用前加 1mL 缓冲液溶解
试剂四	粉剂×1	-20℃, 避光保存	临用前加 1mL 缓冲液溶解
试剂五	液体×1	2-8℃, 避光保存	如有析出, 可适当加热溶解
试剂六	液体×1	2-8℃, 避光保存	用之前 60℃加热震荡 15min
标准品	液体	2-8℃, 避光保存	10μmol/mL 亚硝酸钠

注意：

- 1、提取液二：为易挥发试剂，用后尽快密封；
- 2、工作液配置为试剂一：试剂二：试剂三：试剂四按照 12.5mL：1.5mL：1mL：0.07mL 的比例混合，-20℃保存 1 周；
- 3、显色液：临用前按照试剂五：试剂六 1：1 充分混匀，现用现配；
- 4、临用前取 10μL 10μmol/mL 亚硝酸钠标准液，加入 990μL 蒸馏水，配制成 0.1μmol/mL 亚硝酸钠标准液，现配现用。

样品提取：

一、组织样本的处理：

称取 0.2g 组织样本加入 0.98mL 提取液一和 0.02mL 提取液二，冰浴匀浆后，12000g，4℃离心 15min，取上清至冰上待测；

二、细胞样本处理：

取约 1000 万细菌或细胞加入 0.98mL 提取液一和 0.02mL 提取液二，超声波破碎(冰浴，功率 200W，超声 3s，间隔 10s，重复 30 次)，12000g，4℃离心 15min，取上清至冰上待

测；

三、液体样本处理：

澄清的液体可直接检测；若浑浊则离心后取上清液检测；

测定步骤：

1、分光光度计或酶标仪预热 30min 以上，设置温度在 37°C，调节波长至 550nm。

2、在 EP 管中加入下列试剂：

试剂 (μL)	测定管	空白管(只做一管)	标准管(只做一管)
样本	60		
工作液	140		
混匀，37°C反应 60min，沸水浴 5min（缠封口膜，防止爆盖），冷却后 4°C，11000×g 离心 10min，取上清待测			

3、在 96 孔板中加入下列试剂：

上清液	100		
标准液			30
蒸馏水			70
显色液	100	100	100
混匀，常温静置 10min，测定 550nm 处各管吸光值，分别记为 A 测定、A 标准和 A 空白，计算 ΔA 测定 = A 测定 - A 空白， ΔA 标准 = A 标准 - A 空白。空白管和标准管只需测 1-2 次。			

注意事项：

1、NOS 稳定性差，易变性失活，建议使用新鲜样本实验，如果不立即实验，样本需 -20°C 保存。

2、如果 ΔA 测定小于 0.005 或测定管吸光值接近空白管，可以增加样本量或者延长第一步 37°C 反应时间后再进行测定；

3、如果 ΔA 测定大于 0.5，建议将样本匀浆后的上清液用提取液一适当稀释后再进行测定。

注意同步修改计算公式。

结果计算：

1、按样本蛋白浓度计算：

单位的定义：每 mg 组织蛋白每分钟催化产生 1nmolNO 定义为一个酶活单位。

$$\text{总 NOS 活性(U/mg prot)} = (\Delta A \text{ 测定 } 1 \div \Delta A \text{ 标准} \times C \text{ 标准}) \times V \text{ 样} \div (Cpr \times V \text{ 样}) \times 10^3 \div T \times F$$

$$= 1.67 \times \Delta A \text{ 测定 } 1 \div \Delta A \text{ 标准} \div Cpr \times F$$

$$\text{iNOS 活性(U/mg prot)} = (\Delta A \text{ 测定 } 2 \div \Delta A \text{ 标准} \times C \text{ 标准}) \times V \text{ 样} \div (Cpr \times V \text{ 样}) \times 10^3 \div T \times F$$

$$= 1.67 \times \Delta A \text{ 测定 } 2 \div \Delta A \text{ 标准} \div Cpr \times F$$

$$\text{cNOS 活性(U/mg prot)} = \text{总 NOS 活性} - \text{iNOS 活性}$$

2、按样本质量计算：

单位的定义：每 g 组织每分钟催化产生 1nmolNO 定义为一个酶活单位。

$$\text{总 NOS 活性(U/g 质量)} = (\Delta A \text{ 测定 } 1 \div \Delta A \text{ 标准} \times C \text{ 标准}) \times V \text{ 样} \div (W \times V \text{ 样} \div V \text{ 样总}) \times 10^3 \div T \times F$$

$$= 1.67 \times \Delta A \text{ 测定 } 1 \div \Delta A \text{ 标准} \div W \times F$$

$$\text{iNOS 活性(U/g 质量)} = (\Delta A \text{ 测定 } 2 \div \Delta A \text{ 标准} \times C \text{ 标准}) \times V \text{ 样} \div (W \times V \text{ 样} \div V \text{ 样总}) \times 10^3 \div T \times F$$

$$= 1.67 \times \Delta A \text{ 测定 } 2 \div \Delta A \text{ 标准} \div W \times F$$

$$\text{cNOS 活性(U/mg prot)} = \text{总 NOS 活性} - \text{iNOS 活性}$$

3、按细胞数量计算：

单位的定义：每 10⁶个细菌/细胞每分钟催化产生 1nmolNO 定义为一个酶活单位。

$$\text{总 NOS 活性(U/10}^6 \text{ cell)} = (\Delta A \text{ 测定 } 1 \div \Delta A \text{ 标准} \times C \text{ 标准}) \times V \text{ 样} \div (N \times V \text{ 样} \div V \text{ 样总}) \times 10^3 \div T \times F$$

$$=1.67 \times \Delta A \text{ 测定 } 1 \div \Delta A \text{ 标准} \div N \times F$$

$$\text{iNOS 活性(U/10}^6 \text{ cell)} = (\Delta A \text{ 测定 } 2 \div \Delta A \text{ 标准} \times C \text{ 标准}) \times V \text{ 样} \div (N \times V \text{ 样} \div V \text{ 样总}) \times 10^3 \div$$

$$T \times F$$

$$=1.67 \times \Delta A \text{ 测定 } 2 \div \Delta A \text{ 标准} \div N \times F$$

$$\text{cNOS 活性(U/mg prot)} = \text{总 NOS 活性} - \text{iNOS 活性}$$

4、按液体体积计算：

单位的定义：每 mL 液体每分钟催化产生 1nmolINO 定义为一个酶活单位。

$$\text{总 NOS 活性(U/mL)} = (\Delta A \text{ 测定 } 1 \div \Delta A \text{ 标准} \times C \text{ 标准}) \times V \text{ 样} \div V \text{ 样} \times 10^3 \div T \times F$$

$$=1.67 \times \Delta A \text{ 测定 } 1 \div \Delta A \text{ 标准} \times F$$

$$\text{iNOS 活性(U/mL)} = (\Delta A \text{ 测定 } 2 \div \Delta A \text{ 标准} \times C \text{ 标准}) \times V \text{ 样} \div V \text{ 样} \times 10^3 \div T \times F$$

$$=1.67 \times \Delta A \text{ 测定 } 2 \div \Delta A \text{ 标准} \times F$$

$$\text{cNOS 活性(U/mg prot)} = \text{总 NOS 活性} - \text{iNOS 活性}$$

V 样总：加入提取液总体积，1 mL；

V 样：0.06mL；

W：样本质量，g；

N：细胞或细菌数目，以 10^6 计；

Cpr：蛋白质浓度，mg/mL；

T：反应时间，60min；

F：样本稀释倍数；

10^3 ：单位换算系数， $1\mu\text{mol}=10^3\text{nmol}$ ；

C 标准：标准品浓度， $0.1\mu\text{mol/mL}$ ；

预实验的意义：

比色法检测试剂盒预实验非常重要

- 1、确定该试剂盒是否适合客户的样本检测，以免造成试剂盒和样本的浪费（比如低表达处理的样本）；
- 2、熟悉生化试剂盒的操作流程，尤其是初次使用生化试剂盒测定；
- 3、确定样本的处理方法及稀释倍数是否合适；
- 4、了解实验过程中可能出现的实验现象或问题，以便于及时作出调整；
- 5、通过 3 - 5 组预实验，判断试剂盒对于样本的最佳适应稀释浓度范围，指导实验样本稀释比例。